

Открытое акционерное общество
"Славнефть-Мегионнефтегаз"

ГЛАВНЫЙ МЕТРОЛОГ

Российская Федерация, 628684, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
улица Кузьмина, дом 51, тел/факс: 8 (34643) 4-10-74 8 (34643) 4-64-34

Техническое задание
на ТПР Норд 40
R3 181761 1 полуг. 2015г.
Количество штук – 10 шт.


7200-635

Модель:

Турбинный преобразователь расхода ТПР Норд 40 - 4,3

№ п/п	Характеристика	Значение
1	Давление	до 6,3 МПа
2	Диапазон измерения жидкости, °м	0 ...35
3	Рабочая температура окружающей среды, °С.	-42...+88
4	погрешность измерения, мм	+/- 1.6
5	Свидетельство о поверке с протоколом.	
6	Паспорт и инструкция по эксплуатации	
7	Без вторичного прибора	
8	Изготовитель : Бозна , г. Богульма	

Главный метролог ОАО «СН-МНГ»



Д.В. Чернов